

## Handleplan for efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet til Søren Kanne Skolen, afd. Søndre

Påbud (gengivet i kort form)	Handling	Frist
Ventilationsanlæg skal holdes i funktionsdygtig stand, således at kemikalier kan opbevares efter forskrifterne	Der sættes et nyt og kraftigere udsugningsanlæg op i uge 12. Ejendomscentret har været konsulent på opgaven og afholder udgiften.	1. maj 2023
Opbevare stoffer og materialer således at fysiklokale 2 er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. (Manglende mærkning på beholdere mv.)	Der er ryddet godt op i begge fysik/kemi-lokaler og personalet har aftalt en procedure for forsøg (Elevforsøg) der står fremme. Fremover vil der være en seddel ved hvert forsøg, som beskriver indhold, ejer og dato for forsøget.	1. maj 2023
Sørge for, at der som led i APV'en indgår en skriftlig vurdering af de farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen (kemisk risikovurdering)	Der afventes rådgivning fra arbejdsmiljøkonsulent i forvaltningen. Dette er et stort og meget tidskrævende arbejde, som skolen ikke tidligere er orienteret om.	1. maj 2023
Substituere dichromater der benyttes til undervisning	Efterkommet og tilbagemelding accepteret af Arbejdstilsynet	Straks
Sikre trykflasker mod at vælte	Efterkommet og tilbagemelding accepteret af Arbejdstilsynet	Straks

<p>Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer</p>	<p>Påbuddet løses ved at opbygge og anvende egne kompetencer i organisationen.</p> <p>Det har ikke været muligt at give en tilbagemelding til arbejdstilsynet pga. forkert oprettelse af p-nr. for Søren Kanne-skolen. Arbejdstilsynet er orienteret om dette.</p>	<p>Orientering til AT senest 16. februar.</p> <p>Efterkommes senest den 8. maj 2023.</p>
---	--	--